



SIA „A.MEDICAL”, Reģ. Nr. 40103599415, Varkaļu iela 13a Rīga, LV-1067

DEFEKTU NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Rīgā

05.02.2025.

Nr. 18/13-2025

Novērtējums 2025-02-05-01

Vērtēšanas objekts: Philips ClearVue 350 lietota USG iekārta;

Vērtēšanas objekta īpašnieks: PAŠVALDĪBAS SIA VENTSPILS POLIKLĪNIKA

Seriālais numurs: SZ51280046;

Ražošanas datums: 2012-05-08;

Iekārtas komplektācija un aksesuāri:

C9-4v endokavitāla zonde ar SN: B079K6;

C5-2 konvekso zonde ar SN: B0BN51;

L12-4 lineārā zonde ar SN: B09RD3;

Sony UP-D897 melnbaltais printeris.

Iekārtas stāvokļa apraksts:

- Iekārtas korpusam un klaviatūrai ir nebūtiskas lietojuma pazīmes (skrāpējumi).
- Zondēm nav būtiski bojājumi, kuri varētu ietekmēt iekārtas attēla kvalitāti.
- Sony UP-D897 melnbaltas printeris ir normālā darba stāvoklī.



Pielikums pie DA. Nr. 18/13-2025

Vizuālās apsekošanas fotoattēli:







